Angiographie 3D *(suite)*



Présentation du problème

- **But :** reconstruire une distribution 3D d'un paramètre physique.
- **Scanner X :** ce paramètre est le *coefficient d'atténuation local* des tissus aux rayons X.
- **Les données 3D** sont collectées dans une tranche 2D, sous forme de *projections* de cette tranche sous différents angles.
- **La tomographie axiale transverse** est le procédé qui permet de reconstruire des plans de coupes et d'accéder à la distribution 3D par empilement de ces plans.